

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施设计单位为阳春市建筑规划设计院。医院已落实了环评文件中关于环境保护设施投资的概算。

1.2 施工简况

本项目环境保护设施施工单位为广州毅宁净化工程有限公司、深圳市联合创艺建筑设计有限公司，并实施了环境影响报告书表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

建设项目竣工时间：2017年7月10日

验收工作启动时间：2018年8月31日

自主验收方式：委托浙江建安检测研究院有限公司，具有核技术利用项目相关监测资质，与其签订了技术服务合同。

验收监测报告表完成时间：2018年11月

提出验收意见的方式和时间：邀请验收监测报告（表）编制单位、技术专家成立验收工作组，2018年11月15日验收意见的结论：同意通过环保竣工验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况 建设项目验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度 成立了医院辐射安全管理领导小组，任命了叶火林为专职辐射安全管理人员，明确了相关的职责。医院制定的管理制度有：《辐射安全与环境保护管理小组制度及职责》、《放射诊疗安全防护管理制度》、《辐射监测方案》、《放射事故应急处理预案》、《射线装置使用登记制度》、《DSA 操作规程及流程》、《介入手术室岗位职责》、《人员培训计划》、《设备检修维护制度》。各项管理制度、操作规程已张贴在工作场所墙上。

(2) 环境风险防范措施 该医院制定了《放射事故应急处理预案》（见附件7），内容包括：a 应急组织和职责；b 放射事故的应急响应工作程序；c 放射事故调查程序；d 事故报告和管理等。

(3) 环境监测计划 每年一次定期对射线置及机房进行防护及安全性能检测。检测方式：委托检测。委托检测单位：广州南方医大医疗设备综合检测有限责任公司。