

附件：

- 1、e2v MG5193 磁控管一套，包含安装调试；
- 2、安装工程师需经设备制造商培训并取得相应的资质证书；
- 3、质保 500 高压小时或 1 年，先到为准；
- 4、磁控管出厂时间不早于 2024 年 8 月 1 日，并提供出厂质量证明书；
- 5、提供磁控管的序列号及相应的报关证明；
- 6、提供 e2v 英国工厂或中国区总代 2025 年 1 月 1 日后签发的授权书。