

附件：需求书

阳春市人民医院 CT 备件阳极高速启动器（HSS）维修或更换采购服务项目

一、项目概况及采购需求

1. 设备名称：16排CT
2. 品牌型号：飞利浦Ingenuity Flex
3. 现发故障：阳极高速启动器（HSS）故障
4. 维修方案：将阳极高速启动器（HSS）更换或修复完好并可投入使用。
5. 其他要求：维修期间，中标公司需提供同品牌同型号备用件，确保机器能恢复使用。
6. 交付时间：中标方在合同生效后5个工作日内。
7. 保修期：供应商所提供的备件质保期不少于6个月，以安装完成之日算起。保修期内出现质量故障问题提供免费上门服务，非因院方人为原因而出现产品质量及安装问题，保修期内中标方承担修理、调换或退货等全部费用。

二、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证件等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格承诺函》。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格承诺函》。
4. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为或重大税收违法失信主体”记录名单，或处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商。【以采购人于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。如相关失信记录已失效，供应商需在响应文件中附有相关证明资料。】
5. 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供设备原厂盖章认证的工程师培训资质、提供原厂售后服务授权书或合作证明材料、提供合法来源备件证明材料、提供医疗设备维修相关的高级工程师证书、提供专业维修工具清单及图片。
6. 提供近两年完成的同类型项目业绩不少于三家（CT设备维保服务业绩）。
7. 提供报价单及服务方案。