

设备需求书:

- 1、操作模式:全自动/手动,一键完成双眼自动拍照,自动调节腮托架,自动追踪眼位,自动对焦,自动测量.自动转换左右眼。
- 2、功能: 免散瞳/散瞳彩照/眼前节照相
- 3、采集模式: 全自动
- 4、视场角: 50°
- 5、眼底像分辨率 \geqslant 2400 万像素
- 6、照相瞳孔直径: 2.8 mm 或以上
- 7、闪光强度: 自适应无级可调
- 8、提供 \geqslant 10 年的人工智能诊断服务
- 9、采集模块: 内置高清专业摄像机
- 10、设备有限使用期限: \geqslant 10 年, 并提供证明材料
- 11、患者屈光度校正范围: 无补偿透镜: -30D~+30D
- 12、固视标: 内固视标: 采用液晶点阵, 任意固视点标注, 其中周边模式有 9 点固视