

## 附件 3：水处理设备更换耗材（石英砂、树脂、活性炭、PP 滤芯）服务需求书

### 服务要求

- 1、乙方须保证所更换耗材为全新未使用产品。
- 2、乙方提供报名资料时需要一并提交更换耗材（石英砂、树脂、活性炭、PP 滤芯）的完整检验报告和涉水产品卫生许可批件。
- 3、乙方负责服务的工程师应受过专业培训，持有相关资格证，具有丰富的医院水处理系统服务理念。
- 4、乙方在更换耗材前应对水处理设备进行全面评估，包括当前设备状态以及水质情况。
- 5、服务工程师应严格按照标准规范操作程序作业，包括旧物料的处理，罐体清洗以及新料填装，系统调试。
- 6、乙方应确保在更换耗材后对水质进行验证检测，确保水质含氯、硬度符合血透用水标准 SOP。
- 7、乙方应保证在作业完成后控制头及中心管等密封完整性，避免泄露。确保控制头的设定正常。
- 8、乙方应确保作业完成后一个月内水质含氯，水硬度达标。

### 交货方式、服务期限

#### 1、交货方式

由乙方负责运输货物到甲方指定地点，货物的包装，运输等费用由乙方承担。

#### 2、服务期限

乙方应在甲方指定的日期内，当天完成耗材更换，确保第二天纯水供应。