

附件：需求书

名称	型号	技术参数	选配件	数量
固定式电池供电骨组织手术设备	颅骨铣	1、可高压高温消毒 2、进口电机 3、转速 ≥ 40000 转/分 4、使用免消毒电池 5、铝合金外壳 6、电池电压 14.4 伏 7、噪声 ≤ 75 dB 8、通过 13485 认证、CE 认证、FDA 认证 9、温升 $\leq 25^{\circ}\text{C}$	1、电池 2、铣刀头 3、消毒盒(防止动力在消毒过程中意外损坏)	2
固定式电池供电骨组织手术设备	开颅钻	1、可高压高温消毒 2、进口电机 3、转速 ≥ 1100 转/分 4、扭矩 3.5 牛顿*米 5、打穿颅骨后钻头自停 6、电池电压 14.4 伏 7、通过 CE 认证、FDA 认证、13485 认证 8、噪声 ≤ 60 dB 9、使用免消毒电池	1、电池 2、开颅钻头(#4、#6、#8) 3、消毒盒(防止动力在消毒过程中意外损坏)	2
备注：以上设备均需保障保修两年以上。				